

계량기의 사용오차(제32조 관련)

계량기	사용오차
1. 분동	법 제23조제2항에 따른 계량기의 검정기준에서 정하는 최대허용오차와 같은 값
2. 오일미터 3. 주유기 4. 요소수미터 5. LPG미터 6. 전력량계 7. 전기자동차 충전기	법 제23조제2항에 따른 계량기의 검정기준에서 정하는 최대허용오차의 1.5배의 값
8. 비자동저울 가. 판수동 저울 나. 접시저울 및 판저울 다. 전기식저울 9. 가스미터 10. 수도미터 11. 온수미터 12. 눈새김 탱크 13. 적산열량계	법 제23조제2항에 따른 계량기의 검정기준에서 정하는 최대허용오차의 2배의 값