■ 응급의료에 관한 법률 시행규칙 [별표 8] <개정 2020. 12. 16.>

지역응급의료기관의 지정기준(제18조제1항 관련)

1. 시설기준

구분		개수	단위면적 (m ²)	총면적 (m ²)	비고
가. 환자분류소		1			<ul style="list-style-type: none"> 환자진입구와 인접하여 설치할 것 중증도 분류에 필요한 장비와 비품을 갖추어 줄 것 충분한 환기가 이루어지도록 할 것 감염병 의심환자를 위한 마스크 등 보호 장구를 비치할 것
나. 응급 환자진 료구역	전년도 연간 응급실 내원환자수가 1만명 이상인 경우	1	55	55	<ul style="list-style-type: none"> 10병상(음압격리병상 및 일반격리병상을 포함한다) 이상을 확보할 것
	전년도 연간 응급실 내원환자수가 1만명 미만인 경우		27.5	27.5	<ul style="list-style-type: none"> 5병상(음압격리병상 및 일반격리병상을 포함한다) 이상을 확보할 것
다. 음압격리병상		1			<ul style="list-style-type: none"> 외부로부터 완전히 밀폐될 것 필터링된 급기·배기, 음압제어 및 환기가 가능한 시설을 갖추어 줄 것 각 병상은 1인 격리실로 설치할 것 내부 전체를 관찰할 수 있는 창문 또는 폐쇄회로 텔레비전을 설치할 것 개인보호장비를 착용하거나 손세척을 할 수 있게 할 것

			<ul style="list-style-type: none"> 는 전실을 갖출 것
라. 일반격리병상			<ul style="list-style-type: none"> • 외부로부터 완전히 차폐 될 것 • 각 병상은 1인 격리실로 설치할 것 • 내부 전체를 관찰할 수 있는 창문 또는 폐쇄회로 텔레비전을 설치할 것 • 음압격리병상 또는 일반 격리병상을 1병상 이상 갖출 것
마. 검사실	1		<ul style="list-style-type: none"> • 24시간 혈액 성분 및 화학 검사, 동맥혈가스분석, 요검사를 할 수 있는 장비를 갖출 것. 다만, 병원의 검사실을 이용할 수 있는 경우에는 검사실을 두지 않을 수 있음
바. 처치실	1		<ul style="list-style-type: none"> • 간단한 수술 및 처치를 할 수 있는 구분된 공간일 것
사. 원무행정실	1		<ul style="list-style-type: none"> • 일반환자용 원무행정실도 사용 가능함
아. 의사당직실	1		<ul style="list-style-type: none"> • 의사 1명 이상이 숙식할 수 있는 공간일 것
자. 보호자대기실	1		<ul style="list-style-type: none"> • 10명 이상이 동시에 대기할 수 있는 공간으로서 대기의자, 호출시설 등 편의시설의 설치가 가능할 것
차. 주차장			<ul style="list-style-type: none"> • 구급차 1대를 포함한 2대의 차량을 동시에 주차

				할 수 있는 공간을 확보할 것
--	--	--	--	------------------

비고: 위의 개수·단위면적 및 총면적 기준은 최소기준을 의미함.

2. 인력기준

구분		인력기준	비고
가. 의사	전년도 연간 응급실 내원환자수가 1만명 이상인 경우	• 응급실 전담의사 2명 이상	• 24시간 응급실 전담의사 또는 병원 당직의사 중 1명 이상이 근무할 것
	전년도 연간 응급실 내원환자수가 1만명 미만인 경우	• 응급실 전담의사 1명 이상	
나. 간호사	전년도 연간 응급실 내원환자수가 1만명 이상인 경우	• 응급실 전담간호사 5명 이상	• 24시간 응급실 전담간호사 2명 이상이 근무할 것
	전년도 연간 응급실 내원환자수가 1만명 미만인 경우		• 24시간 응급실 전담간호사 1명 이상이 근무할 것
다. 그 밖의 인력		• 응급의료종사자 및 환자의 안전을 위한 청원경찰 또는 경비원 등의 보안인력 1명 이상	• 보안인력은 24시간 1명 이상이 상주할 것 (응급실 이외 의료기관의 보안업무 겸임이 가능함)

3. 장비기준

구분	기준
가. 심장충격기	1대 이상
나. 인공호흡기	1대 이상
다. 주입기(Infusion Pump)	5병상마다 1대 이상
라. 환자감시장치	5병상마다 1대 이상
마. 부착형흡인기	1병상마다 1대 이상
바. 부착형산소(Wall O ₂)	1병상마다 1대 이상

unit)	
사. 일반 X-선 촬영기	1대 이상
아. 특수구급차	1대 이상. 다만, 법 제44조제2항에 따라 구급차의 운용을 위탁한 경우에는 갖추지 않을 수 있음
자. 무선통신설비 및 전산시설	응급의료지원센터와 교신할 수 있는 통신설비와 응급의료정보의 제공을 위한 전산장비 등의 시설을 갖추는 것